

機械器具 21 内臓機能検査用器具
管理医療機器 眼圧計 16809000

アイケア の付属品
(プローブ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ プローブはディスプレイ製品につき再使用は絶対にしないこと。

【形状・構造及び原理等】



先端部原材料：ポリブチレンテレフタレート (Valox312c)

質量： 26.5mg

仕様：

眼圧測定範囲：7～50mmHg

眼圧測定値：測定値の精度許容差：±5.0mmHg 以内（但し、精度許容差を超えるものが全検体数の5%以下であれば適合とする）。

【使用目的又は効果】

眼球内の圧力を眼球壁の緊張度に基づいて角膜を介して測定し、情報を診断のために提供すること。

【使用方法等】

本品の操作方法又は使用方法等に関しては、アイケアの添付文書を参照すること。

【使用上の注意】

本品の使用上の注意に関しては、アイケアの添付文書を参照すること。

【保管方法及び使用期間等】

使用期間

- ・ プローブは単回使用に限り、再使用はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社エムイーテクニカ

〒335-0002 埼玉県蕨市塚越 1-8-22

TEL：048-420-9604 FAX：048-420-9606

製造業者：

アイケア フィンランド/ Icare Finland Oy

フィンランド

アイケアの取扱説明書を必ずご参照下さい。