

機械器具 21 内臓機能検査用器具
管理医療機器 眼圧計 16809000
アイケア ic200 の付属品
(プローブ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

○プローブは一回限りの使用とし絶対に再使用しないこと [相互感染の危険性がある]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社エムイーテクニカ
〒335-0002 埼玉県蕨市塚越 1-8-22
TEL: 048-420-9604 FAX: 048-420-9606

製造業者：

アイケア フィンランド / Icare Finland Oy
フィンランド

【形状・構造及び原理等】

形状



原材料

先端部原材料：ポリブチレンテレフタレート
※本品に天然ゴムは使用していない。

仕様

眼圧測定範囲：7～50mmHg

【使用目的又は効果】

眼球内の圧力を眼球壁の緊張度に基づいて角膜を介して測定し、情報を診断のために提供すること。

【使用方法等】

本品の操作方法又は使用方法等に関しては、アイケア ic200 の添付文書を参照すること。

【使用上の注意】

本品の使用上の注意に関しては、アイケア ic200 の添付文書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

使用期間

- ・プローブは単回使用に限り、再使用はしないこと。

アイケア ic200 の取扱説明書を必ずご参照ください。